

# Ultraschallgesteuerte Punktionen / Biopsien

<a href="#">Das Wichtigste</a> .....	1
<a href="#">Ultraschallkopf,- Sonden Risikoeinstufung</a> .....	1
<a href="#">Durchführung Punktion - Allgemein</a> .....	1
<a href="#">Feinnadelpunktion / Biopsie ohne Punktionshilfe</a> .....	2
<a href="#">Feinnadelpunktion / Biopsie mit Punktionshilfe</a> .....	2
<a href="#">Vorgehen Core needle Biopsie (Bard® Magnum®)</a> .....	2

## Das Wichtigste

- Die Grundsätze der hygienischen Massnahmen sowie der Haut-Schleimhautdesinfektion bei Punktionen/Biopsien sind in der Richtlinie „Injektionen/Punktionen“ beschrieben.
- Es gelten die Standardmassnahmen
  - Korrekte Durchführung der hygienischen Händedesinfektion, siehe Richtlinie „[Händehygiene](#)“
  - Korrekter Einsatz von Handschuhen, chirurg. Maske und Überschürze, welche bei (möglichem) Kontakt mit Körpersekret verwendet werden sollen, siehe Richtlinie „[Standardmassnahmen](#)“.

## Ultraschallkopf,- Sonden Risikoeinstufung

Die hygienischen Anforderungen bei der Verwendung und Aufbereitung von Ultraschallkopf und -Sonden sind vom Einsatzgebiet und der entsprechenden Risikogruppe abhängig.

	<b>Semikritisch</b>	<b>Kritisch</b>
<b>Definition</b>	Kontakt mit Schleimhaut, krankhaft veränderter Haut	Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen
<b>Beispiele</b>	Transösophageale, -vesikale, -vaginale, -rektale und perianale Sonden	Mamma-, Prostatabiopsien (Core needle Biopsie) Feinnadelpunktionen
<b>Anforderung</b>	Desinfektion	Sterilität muss bei Eingriff gewährleistet sein
<b>Schutzhülle</b>	Schutzhülle keimarm	Sterile Schutzhülle bei Kontakt mit Kanüle Sterilisierter Ultraschallkopf oder sterile Punktionshilfe

## Durchführung Punktion - Allgemein

### Vorbereitung

- Desinfektion der Arbeitsfläche
- Hygienische Händedesinfektion
- Vorbereiten der benötigten Materialien
- Unsteriles Ultraschall-Gel (nicht nachfüllen) zur Lokalisation der Punktionsstelle
  - Bei Anwendung direkt an der Punktionsstelle steriles Gel oder Hautdesinfektionsmittel verwenden
    - Geöffnetes Gel kann während 24h benützt werden, sofern keine Kontamination erfolgt ist
- Allfällig verwendetes Kältespray vor Hautdesinfektion anwenden

### Hautdesinfektion

- Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel, sterile Tupfer
  - Nacheinander zwei sattgetränkte Tupfer
  - Einwirkzeit einhalten: 1min

### Nachbereitung

- Schutzhülle entsorgen, Gel entfernen

- Blutrückstände (bei allfällig rupturierter Schutzhülle) vor der Desinfektion mit Wasser befeuchtetem Tuch entfernen, nicht antrocknen lassen (Handschuhe)
- Händedesinfektion, Schallkopf mit Desinfektionsmittel getränkten Wipes zur Schnelldesinfektion desinfizieren
- Material entsorgen, Arbeitsfläche desinfizieren (Handschuhe)
- Hygienische Händedesinfektion nach Ausziehen der Handschuhe, bzw. nach Verlassen des Patienten

Desinfektionsmittel siehe "[Desinfektionsmittellisten Spitaler](#)"

## Feinnadelpunktion / Biopsie ohne Punktionshilfe

- Applikation von sterilem Gel
- Punktion unter Ultraschallsicht: Vermeiden eines Kontaktes zwischen Schallkopf und steriler Spritze/ Kanule
  - evtl. Verwendung eines sterilen Uberzuges

## Feinnadelpunktion / Biopsie mit Punktionshilfe

- Sterile Handschuhe fur punktierende Person
- Applikation von sterilem Gel
- Punktion unter Ultraschallsicht mit steriler Punktionshilfe/steriler Ultraschallkopf

## Vorgehen Core needle Biopsie (Bard® Magnum®)

- Lokalisation der Punktionsstelle, Assistenz halt positionierten Schallkopf
- Untersuchende Person: sterile Handschuhe
- Lokalanasthesie
- Stichinzision
- Punktion unter Ultraschallsicht: Vermeiden eines Kontaktes zwischen Schallkopf und Biopsienadel
  - Bei Nachpositionierung des Ultraschallkopfes erneute Hautdesinfektion der Einstichstelle
  - Achtung: Handschuhe unsteril
- Erneute Biopsie
- Anbringen von Steri-Strip

**Bard® Magnum®**: Instrumentendesinfektion, Sterilisation (gemass Herstellerangaben, resp. Abmachung Spitalhygiene)

Verantwortlicher Autor:	Matthias Schlegel
Erstellt am:	26.05.2014
Letzte Anderung:	04.10.2017
Publizierte Version:	3.4.0
Gultig fur:	<b>KSSG</b> (validiert am <b>28.11.2014</b> durch <b>Matthias Schlegel</b> ) <b>Spital Linth</b> (validiert am <b>28.11.2014</b> durch <b>Matthias Schlegel</b> )

**Spital Thurgau AG**

(validiert am **28.11.2014** durch **Matthias Schlegel**)

**Spitalregion Fürstenland Toggenburg**

(validiert am **28.11.2014** durch **Matthias Schlegel**)

**Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland**

(validiert am **28.11.2014** durch **Matthias Schlegel**)

**Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden**

(validiert am **28.11.2014** durch **Matthias Schlegel**)

**SH\_Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter**

(validiert am **28.11.2014** durch **Matthias Schlegel**)